


！ 培養開始にあたっての注意 ！

RCB1192 : MDA-MB-453

- ・ **CO₂ 濃度 0%** で培養してください。
- ・ ガス交換しない状態で培養してください。
※密栓状態(密栓系フラスコ(フィルター無し)等を使用)であれば、
37°C、5% CO₂ インキュベーターでの培養が可能です。



培養の開始にあたりましては、この点にご留意ください。

【お問い合わせ】 cellqa.brc@riken.jp